



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.

JUNTA DE ACLARACIONES
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP 18/2014

EN CUERNAVACA, MORELOS; SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA CATORCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, DÍA Y HORA SEÑALADO PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 18/2014 RELATIVO A LA "ADQUISICION DE LABORATORIO, CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS", REUNIDOS EN EL AUDITORIO "EMILIANO ZAPATA" EN AVENIDA UNIVERSIDAD NÚMERO 1001, COLONIA CHAMILPA, C.P. 62209, SE HACE CONSTAR QUE COMPARECEN PERSONALMENTE: -----

POR LA CONVOCANTE: -----
C.P. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ CAMPOS.- DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES.-----
LIC. RUTH ANGÉLICA ROSALES GARCÍA.- ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.--
LUIS FERNANDO SERNA OCAMPO.- ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.-----

LIC. FRANCISCO JAVIER PEÑA GUTIÉRREZ.- DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.-----

POR LAS ÁREAS USUARIAS: -----
ALDO FIGUEROA LARA.- FACULTAD DE CIENCIAS.-----
NANCY CALZADA DORANTES.- CIICaP.-----

POR LOS LICITANTES: -----
HÉCTOR GUMERCINDO AYALA CASTRO.- REPRESENTANDO A IBMOLL S.A. DE C.V.-----
DANIEL CAMACHO ROSAS.- BIOELECTRÓNICA E INSTRUMENTOS RAFIR S.A. DE C.V.-----
DIEGO ARMANDO SOTO GUZMÁN.- MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A. DE C.V.-----

----- ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE: -----

1.- SE REITERA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN PRESENTAR FIANZA ó CHEQUE CERTIFICADO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN CONSIDERAR EL I.V.A. Y ANTES DE CUALQUIER DESCUENTO Y DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

2.- EN EL ANEXO TÉCNICO LAS PARTIDAS MARCADAS CON EL NÚMERO 104, 105, 106 SE CLASIFICARON COMO LABORATORIO, SIN EMBARGO SE TRATA DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO.

3.- LAS PARTIDAS RELATIVAS A LA FACULTAD DE MEDICINA SE SOLICITARON EN FORMA DE PAQUETE, POR LO QUE A PETICIÓN DEL ÁREA USUARIA ÉSTAS SE DIVIDIRÁN DE LA SIGUIENTE MANERA:

- PARTIDA 103-2ª.V
- PARTIDA 104-2ª. V, 105-2ª. V Y 1062ª. V, SE ADJUDICARÁ EN FORMA DE PAQUETE
- PARTIDA 107-2ª. V Y 108-2ª. V, SE ADJUDICARÁ EN FORMA DE PAQUETE.
- MISMAS QUE DEBERÁN INCLUIR LA ENTREGA AL ÁREA USUARIA CON LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES.

4.- LA FECHA DE ENTREGA PARA TODOS LOS EQUIPOS SERÁ EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2014. EN CASO CONTRARIO DE QUE EL PROVEEDOR SE VEA IMPOSIBILITADO A ELLO, DEBERÁ ANOTAR ESPECÍFICAMENTE

Serna Ocampo.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.

LA FECHA DE ENTREGA EN SU ANEXO TÉCNICO DE SU PROPUESTA; (DÍA, MES Y AÑO), MISMA QUE SERÁ
EVALUADA POR EL ÁREA USUARIA, CASO POR CASO.-----

5.- DE LA PARTIDA 32, (MAC BOOK PRO) SE TRATA DE PANTALLA DE 15" PULGADAS.-----

----- ACLARACIONES DE LOS LICITANTES -----

PREGUNTAS DEL PROVEEDOR JOSÉ LUIS CABRERA BELTRÁN

PREGUNTA 1.- EN RELACION AL RENGLON No. 69-2DA VUELTA.

A QUE SE REFIERE CON FLANGES ?.
TIENE ALGUNA MEDIDA O DIMENSIONES ?.

RESPUESTA: LAS FLANGES SON LOS ACCESORIOS PARA HACER LA CONEXIÓN DE LOS TUBOS DE CUARZO AL SISTEMA DE VACÍO. LOS TUBOS DE CUARZO DEBEN ESTAR EN FUNCIÓN DE LA MARCA Y EL MODELO DE LA MUFLA. UNA MUFLA TUBULAR MARCA LINDBERG BLUE M. Y LOS TUBOS DE PROCESO SON DE 3" DIÁMETRO.-

69-2da. V 1 PZA JUEGO DE FLANGES PARA MUFLA MODELO 23SPC CIICAP

PREGUNTA 2.- EN RELACION AL RENGLON No. 103-2DA VUELTA.

ACEPTAN UN EQUIPO CON DIMENSIONES DE 120 CM DE ANCHO INTERIORES Y 130 CM DE ANCHO EXTERIORES ?.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES

103-2da. V 2 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL CLASE II. TIPO A2, PARA MANEJO DE PATOGENOS. MEDIDOR DE PRESION DIFERENCIAL. MODELO LVC-90. MEDIDAS INTERIORES: 90X64X62X(CM). FACULTAD DE MEDICINA

PREGUNTA 3.- EN RELACION AL RENGLON No. 106-2DA VUELTA.

REQUIERE DEL GABINETE INFERIOR ?.
REQUIERE DE LA INSTALACION ?. SI ES ASI SE PUEDE REVISAR EL SITIO EN DONDE SE INSTALARAN ESTOS EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO UNA INSPECCION DE LAS INSTALACIONES CON LAS QUE SE CUENTA Y CALCULAR EL TIRO DE EXTRACCION.

RESPUESTA: SON LABORATORIOS CON CONDICIONES DIFERENTES POR LO QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ LLEVAR A CABO LA TOMA DE MEDIDAS CORRESPONDIENTES. Y DEBERÁ INCLUIR LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS.

106-2da. V 3 CAMPANAS DE EXTRACCIÓN QUE INCLUYE: CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS; INTERIOR INOX. T304-18 C/CUBIERTA ACERO INOXIDABLE T304-18 DE 91 CM DE FRENTE. CONTRADESAGÜE TIPO "REJILLA" EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 DE 38 MM DE DIÁMETRO. CÉSPOL DE PVC DE 38 MM DE DIÁMETRO DUCTO DE PVC DE 25 CM DE DIÁMETRO CONECTOR "DUCTO - EXTRACTOR" BOQUILLA PARA DESCARGA DE EXTRACTOR BASE DE METAL PARA MOTOR DE EXTRACTOR. EXTRACTOR CENTRÍFUGO MOD.23 ESD CON MOTOR DE 3/4 HP MONOFÁSICO. FACULTAD DE MEDICINA

PREGUNTA 4.- EN RELACION AL RENGLON No. 107-2DA VUELTA

Serna Ocampo.

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.

ACEPTAN SE COTIZE OTRA MARCA?.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES

107-2da. V 1 ULTRACONGELADOR VERTICAL MARCA PANASONIC, CPACIDAD DE 17.1 FT3/332 LT. RANGO DE TEMPERATURA DE -50 °C A '86°C CON 2 PUERTAS INTERNAS. CONTROL DE LA TEMPERATURA POR MICROPROCESADOR, DISPLAY DIGITAL Y TECLADO DE MEMBRANA. FACULTAD DE MEDICINA

PREGUNTA 5.- EN RELACION AL RENGLON No. 108-2DA VUELTA.
ACEPTAN SE COTIZE OTRA MARCA ?.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES

108-2da. V 1 ULTRACONGELADOR HORIZONTAL MARCA PANASONIC, CAPACIDAD DE 3 FT3/85 LT. RANGO DE TEMPARATURA DE -60°C A '80°C CON 2 PUERTAS INTERNAS. CONTROL DE LA TEMPERATURA POR MICROPROCESADOR, DISPLAY DIGITAL Y TECLADO DE MEMBRANA. SISTEMA DE ALARMA DE ALTA/BAJA DE TEMPERATURA. FALLO DE CORRIENTE ELECTRICA Y CONTACTO DE ALARMA REMOTA. REFRIGERANTE LIBRE DE CFC. ALIMENTACION: 115V 60 HZ. CÓDIGO MDF-U5486SC. MEDIDAS: EXTERIOR: 890X875X1990 ALMM, INTERIOR: 630X600X1280 MM FACULTAD DE MEDICINA

PREGUNTAS DE LA EMPRESA BIOTÉCNICA DEL BAJÍO S.A. DE C.V.

1. Respecto a las partidas 103, 104, 105, 106, 107, 108 que se solicitan "EN PAQUETE". Solicitamos atentamente puedan presentarse cada una por separado.
Estamos interesados en participar en dos de las partidas referidas.
En nuestro carácter de fabricante, cuyo objeto social es la venta de nuestros productos, nos es difícil ofertar un paquete que contenga equipos que no producimos.

RESPUESTA: REFERIRSE A LA ACLARATORIA DE LA CONVOCANTE MARCADA CON EL NÚMERO TRES.

2. Respecto a la fecha límite de entrega de las partidas: 10 de diciembre de 2014.
Solicitamos atentamente aceptar la entrega a los 45 días naturales contados a partir de la fecha de fallo.

RESPUESTA: SE ACEPTA

45 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO, LA FECHA DE ENTREGA SERÍA EL 13 DE ENERO DE 2015

3. Respecto a lugar de entrega de los bienes y al Anexo 1 "Especificación Técnica de los Bienes Solicitados". Solicitamos atentamente se clarifique, por partida, si la entrega al Área Usuaría incluye la Instalación de los bienes.

RESPUESTA: REFERIRSE A LA ACLARATORIA DE LA CONVOCANTE MARCADA CON EL NÚMERO TRES.

PREGUNTAS DE LA EMPRESA DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS S.A. DE C.V.

1.- PREGUNTA NUM. 1 SOLICITAMOS NOS INDIQUE DE QUE MATERIAL REQUIERE LA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR PARTIDA: 103-2da. V

Serna Ocampo,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.

RESPUESTA: EL MATERIAL ES DE ACERO INOXIDABLE, SIN EMBARGO HAY VARIAS ESPECIFICACIONES DE LUZ, GAS, AGUA Y VACÍO, POR LO QUE DEBERÁ INCLUIR LA INSTALACIÓN.

2.- PREGUNTA NUM. 2.- SOLICITAMOS NOS INDIQUEN LAS MEDIDAS DE LAS MESAS DE TRABAJO

RESPUESTA: SON LABORATORIOS CON CONDICIONES DIFERENTES POR LO QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ LLEVAR A CABO LA TOMA DE MEDIDAS CORRESPONDIENTES.

AHORA BIEN, LAS ACLARACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE JUNTA ACORDE A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA **LP18/2014**, MOTIVO DE LA PRESENTE ACTA Y DEBERÁN SER CONSIDERADAS POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS.-----

POR LO QUE UNA VEZ RESUELTAS EN FORMA CLARA Y PRECISA LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LOS LICITANTES, NO HA LUGAR A CELEBRARSE ULTERIOR JUNTA DE ACLARACIONES POR LO QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA, DE IGUAL FORMA, SE SEÑALA EL DÍA **VEINTICINCO DE NOVIEMBRE** DEL AÑO EN CURSO, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES A LAS **TRECE TREINTA HORAS**, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO Y PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS **ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD TODOS LOS QUE EN EL ACTO PARTICIPARON. SE ENTREGA COPIA DE LA PRESENTE ACTA, A CADA UNO DE LOS LICITANTES. ASIMISMO, SE FIJARÁ UN EJEMPLAR EN LUGAR VISIBLE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, Y SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA EN EL SITIO WEB DE LA UNIVERSIDAD PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO. DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL Y SERA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ACUDIR A ENTERARSE DE LA MISMA, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.-----

"POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN"

C.P. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ CAMPOS
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES

LIC. RUTH ANGÉLICA ROSALES GARCÍA
ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Serna Ocampo
LUIS FERNANDO SERNA OCAMPO
ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.

"POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL"


LIC. FRANCISCO JAVIER PEÑA GUTIÉRREZ

DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

"POR LAS ÁREAS USUARIAS"



ALDO FIGUEROA LARA- FACULTAD DE CIENCIAS.

NANCY CALZADA DORANTES.-CIICaP.

"POR LOS LICITANTES"


HÉCTOR GUMERCINDO AYALA CASTRO
REPRESENTANDO A IBMOLL S.A. DE C.V.


DANIEL CAMACHO ROSAS
BIOELECTRÓNICA E INSTRUMENTOS RAFIR S.A. DE C.V.


DIEGO ARMANDO SOTO GUZMÁN
MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A. DE C.V.

"LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, CELEBRADADENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 18/2014 RELATIVO A LA "ADQUISICION DE LABORATORIO, COMPUTO Y MOBILIARIO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS".

*rfg

Serna Campo.