

JUNTA DE ACLARACIONES

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP05/2022

EN CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, DÍA Y HORA SEÑALADO PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP05/2022 RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPO DE LABORATORIO, MOBILIARIO, HERRAMIENTAS Y AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS", SE HACE CONSTAR QUE A LA SESIÓN VIRTUAL REALIZADA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS, ASISTEN: -----

POR LA CONVOCANTE: -----
LIC. GABRIELA MUÑOZ BRITO. - DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES. -----
LIC. ALEXA BRITO BAZÁN. - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS. -----
L.I.A. GUADALUPE DÍAZ QUIROZ. - ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES. ----

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: -----
LIC. ARACELI ALVAREZ CASTRO. - DIRECTORA DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. -----

POR LOS LICITANTES: -----
DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. - REPRESENTADA POR LA C. PERLA BEATRIZ ARCHUNDIA DÍAZ. ----
LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN. - PERSONA FÍSICA. -----
DISEÑO Y PRODUCCION HGV, S.A. DE C.V.- REPRESENTADA POR EL C. HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ VILLICAÑA. -----
RICARDO SALAZAR FRUTIS. - REPRESENTADA POR EL C. EDWIN ASCENCIO ZUÑIGA. -----

----- ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE -----

1. SE **CANCELA** LA PARTIDA 176 DEL ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" DE LAS BASES DE LICITACIÓN, POR HABER CESADO LA NECESIDAD DE ADQUIRIR LOS BIENES BAJO ESAS ESPECIFICACIONES. -----
2. SE **AGREGAN** LAS SIGUIENTES PARTIDA AL ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" DE LAS BASES DE LICITACIÓN EN CONSECUENCIA DICHO ANEXO CONSTA DE **443 PARTIDAS**. -----

RUBRO	PARTIDA	UNIDAD RESPONSABLE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
MOBILIARIO	425	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE YAUTEPEC	15	PZA	PIZARRON ESCOLAR FABRICADO CON LAMINADO PLASTICO BLANCO BRILLANTE ADHERIDO A MDF DE 6MM CON MULTIPLES SOPORTES EN LA PARTE PORTERIOR, MARCO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Dirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales

					PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAGIS, MEDIDAS: 1200 MM X 2400 MM
MOBILIARIO	426	FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE	2	PZA	ESCRITORIO EN L CON LATERAL Y CAJONERA CUBIERTA EN BALA FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA EN 28 MM A DOS CARAS, MOLDURA T DE PVC EN 1 MM. ESTRUCTURA METALICATERMINADO EN PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA, PEDESTAL CON DOS CAJONES PAPELEROS Y UNA GAVETA PARA ARCHIVO, JALADERAS DE ENTENSIÓN EMBALINADAS METALICAS, CERRADURA DE BARRIL INTERCAMBIABLE, PERFIL EN CAJONES PARA FOLDERS COLGANTES, REGATÓN NIVELADOR CON AJUSTE DE ALTURA, MEDIDAS: 1.20X1.20X75 CM, COLOR CAFÉ
LABORATORIO	427	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTLA	2	PZA	MESA DE ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRÚRGICO 304, MEDIDAS: 1 M DE ANCHO X 260 CM DE LARGO, 90 DE ALTURA
LABORATORIO	428	ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS	2	PZA	PUNTA SONDA PARA OSCILOSCOPIO ATENUADA DE 1X10 DE 100 MHZ
HERRAMIENTAS	429	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JONACATEPEC	2	PZA	MANDIL DE LONA
HERRAMIENTAS	430	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIAS	2	PZA	MANGUERA DE 40 CM DE LARGO DE 3/4" DE GROSOR COLOR VERDE
HERRAMIENTAS	431	CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS	1	PZA	MANGUERA TRAMADA VERDE DE 3/4/3 ROLLO 100M
HERRAMIENTAS	432	COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	1	PZA	PISTOLA SANITIZANTE INALAMBRICA CON SOLUCION REGISTRO COFEPRIS (BRUMA LIGERA) NEBULIZADORA
HERRAMIENTAS	433	COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	2	PZA	NEBULIZADOR DE ESPACIOS CON SOLUCION REGISTRO SANITARIO COFEPRIS
HERRAMIENTAS	434	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA	3	PZA	K9 TERMOMETRO INFRARROJO DISPENSADOR INTERFAZ DE TRANSFERENCIA: INTERFAZ USB TIPO-C CAPACIDAD: 1000ML RANGO DE MEDICION: TAMAÑO DEL PRODUCTO: 119X133X80MM. PESO NETO: 702G. PRECISION: MODO DE ALARMA: ALARMA ANORMAL, LUZ PARPADEANTE - PIB BIP BIP BIP BIP ENTRADA: DC 5V 1A POTENCIA: 3W INSTALACION EN LA PARED, EN EL TRIPODE AMBITO DE APLICACION: HOSPITAL, ESCUELA, COMUNIDAD, FABRICA, SUPERMERCADO, ESTACION, HOTEL, EXPOSICION. EMBALAJE DEL PRODUCTO. 1X K9 COMO SE MUESTRA EN LA FOTO 1X CABLE DE DATOS 1.8M 1X MANUAL DEL PRODUCTO 2X TORNILLOS
LABORATORIO	435	FACULTAD DE ENFERMERIA	7	CAJA	GUANTE P/CIRUJANO 7-0 AMBIDEXTRO

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Piso de Mezzanine en Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 7000, Ext. 3701 / guadalupe.diaz@uaem.mx; y licitaciones.drm@uaem.edu.mx



LABORATORIO	436	FACULTAD DE ENFERMERIA	8	CAJA	GUANTE P/CIRUJANO 7.5 AMBIDERM
LABORATORIO	437	FACULTAD DE ENFERMERIA	30	PZA	BATA PARA CIRUJANO DE TELA COLOR AZUL MEDIANA
LABORATORIO	438	FACULTAD DE ENFERMERIA	4	GALON	AGUA INYECTABLE 3 ML PISA BIDESTILADA GARRAFA
LABORATORIO	439	FACULTAD DE ENFERMERIA	7	CAJA	GUANTE P/CIRUJANO 8 AMBIDERM
HERRAMIENTAS	440	DIRECCION DE CULTURA	2	PZA	TERMOMETROS INFRAROJOS CON DISPENSADOR
HERRAMIENTAS	441	ESCUELA PREPARATORIA COMUNITARIA DE TRES MARIAS	1	PZA	DISPENSADOR AUTOMATICO DE GEL Y TERMOMETRO CON TRIPIE. ESPECIFICACIONES: INCLUYE TRIPIE *UTLIIZA GEL * - ALIMENTACION USB - TAMAÑO DISPENSADOR: 119 X 133 X 280 MM - MATERIAL DEL PRODUCTO: ABS+PC - CONSUMO MÁXIMO: 3W - REQUERIMIENTO ENERGÉTICO: DC5V 2.1 A - MONITOREO: DISPLAY DIGITAL Y ALARMA AUDIBLE - MÉTODO DE MEDICIÓN: SENSOR INFRARROJO - DISTANCIA DE MEDICIÓN: 5-10CM - RANGO DE MEDICIÓN: TEMPERATURA CORPORAL (32 °C-42.9 °C, 89.6 °F-109.2 °F) *UTLIIZA GEL * - ALIMENTACION USB - TAMAÑO DISPENSADOR: 119 X 133 X 280 MM - MATERIAL DEL PRODUCTO: ABS+PC - CONSUMO MÁXIMO: 3W - REQUERIMIENTO ENERGÉTICO: DC5V 2.1 A - MONITOREO: DISPLAY DIGITAL Y ALARMA AUDIBLE - MÉTODO DE MEDICIÓN: SENSOR INFRARROJO - DISTANCIA DE MEDICIÓN: 5-10CM - RANGO DE MEDICIÓN: TEMPERATURA CORPORAL (32 °C-42.9 °C, 89.6 °F-109.2 °F) - RANGO DE PRECISIÓN: +/- 0.2 °C - TIEMPO DE MEDICIÓN: 2 SEGUNDOS - CAPACIDAD: 1000ML - MÉTODO DETECCIÓN PARA DESCARGA: INFRARROJO - AMBIENTE DE OPERATIVIDAD: 10°C / 35°C (50 °F / 95°F) HUMEDAD < 85% - AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO: -20 °C / 55°C (-4°F / 131°F) HUMEDAD<85%- UNIDADES DE TEMPERATURA: CELSIUS (° C) / FAHRENHEIT (°F) - PESO: 700G - MONTAJE: MONTURA EN PARED O SOBRE SOPORTE, INCLUYE TRIPIE, INCLUYE: INCLUYE TRIPIE - 1 DISPENSADOR AUTOMÁTICO CON TERMÓMETRO - MONTAJE DE PARE
HERRAMIENTAS	442	ESCUELA DE TEATRO, DANZA Y MUSICA	1	CAJA	FILTROS PARA ASPIRADORA KARCHER MOD. A2004
LABORATORIO	443	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN	2	PZA	TELESCOPIO CELESTRON TRAILSEEKER 65 AUMENTO DE 16-48X; LENTE DE OBJETIVO DE 65 MM; ALIVIO OCULAR DE 18-15 MM; 48 ONZAS



3. SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON EL APARTADO IV. REQUISITOS PARA LAS PROPOSICIONES, NUMERAL 1. ELABORACIÓN DE PROPOSICIONES, INCISO C) EN LAS PARTIDAS DEL **RUBRO DE MOBILIARIO** EN LAS QUE EL LICITANTE OFERTE **BIENES NO FABRICADOS, ÚNICAMENTE COMERCIALIZADOS**; DEBERÁ ANEXAR LAS FICHAS TÉCNICAS Y FOTOGRAFÍAS DE LOS MODELOS Y MARCAS OFERTADOS, ASÍ COMO LOS COLORES DISPONIBLES, INDICANDO A QUE PARTIDA CORRESPONDA. LO ANTERIOR, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE **NO ANEXAR LAS FICHAS TÉCNICAS, LA PROPUESTA SERÁ DESECHADA EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE.** -----
4. SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON EL APARTADO IV. REQUISITOS PARA LAS PROPOSICIONES, NUMERAL 1. ELABORACIÓN DE PROPOSICIONES, INCISO D) DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN; EN LAS PARTIDAS DEL **RUBRO DE MOBILIARIO** EN LAS QUE EL LICITANTE OFERTE **BIENES FABRICADOS**; DEBERÁ INDICAR EL MATERIAL QUE SE UTILIZARÁ PARA SU FABRICACIÓN, ISOMÉTRICO Y/O FICHA TÉCNICA, ASÍ COMO LOS COLORES DISPONIBLES, INDICANDO A QUE PARTIDA CORRESPONDA. LO ANTERIOR, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE **NO PRESENTAR EL ISOMÉTRICO Y/O FICHA TÉCNICA, LA PROPUESTA SERÁ DESECHADA EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE.** -----
5. SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON EL APARTADO IV REQUISITOS PARA LAS PROPOSICIONES, NUMERAL 1. ELABORACIÓN DE PROPOSICIONES, INCISO E) DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PARA LAS PARTIDAS RELATIVAS AL **RUBRO DE HERRAMIENTAS**, EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR LAS FICHAS TÉCNICAS Y FOTOGRAFÍAS DE LOS MODELOS Y MARCAS OFERTADOS INDICANDO A QUE PARTIDA CORRESPONDA. LO ANTERIOR, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE **NO PRESENTAR LAS FICHAS TÉCNICAS Y FOTOGRAFÍAS DE LOS MODELOS Y MARCAS OFERTADOS, LA PROPUESTA SERÁ DESECHADA EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE DURANTE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA CONVOCANTE.** -----
6. SE REITERA QUE EN LAS PARTIDAS DEL **RUBRO DE MOBILIARIO** EL COLOR DE LOS BIENES SE DEFINIRÁ CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO DE CONFORMIDAD CON LA GAMA DE COLORES DISPONIBLES QUE EL LICITANTE HAYA INDICADO EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA LA PARTIDA QUE CORRESPONDA A EFECTOS DE QUE SE ESTABLEZCA EL COLOR EN LAS ORDENES DE COMPRA. -----
7. SE REITERA QUE LAS **MARCAS** QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES" DE LAS BASES DE LICITACIÓN SON PARA REFERENCIA DE LOS LICITANTES, QUIENES PUEDEN OFERTAR OTRAS MARCAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA CADA RUBRO DE BIENES. -----
8. SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES QUE PARA LAS PARTIDAS 64, 65, 374, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 394, 396, 399, 402 Y 410 DEL **RUBRO DE MOBILIARIO** Y PARTIDAS 73, 74, 75, 76 Y 77 DEL **RUBRO DE LABORATORIO** LA CONVOCANTE PROPORCIONARÁ ISOMÉTRICOS Y EN AQUELLAS PARTIDAS EN LAS QUE NO SE CUENTE CON LOS MISMOS PROPORCIONARÁ IMAGEN DE REFERENCIA. -----
9. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A **BASES Y JUNTA DE ACLARACIONES (EN FORMATO WORD)** DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO; SE PROPORCIONARÁ AL LICITANTE QUE MANIFIESTE SU INTERÉS EN PARTICIPAR MEDIANTE EL ESCRITO QUE SE MENCIONA EN EL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO, NUMERAL 1. ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES,

[Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including 'C. Díaz', 'C. Díaz', and 'C. Díaz']

INCISO B) DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y ASÍ LO SOLICITE MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LAS SIGUIENTES DIRECCIONES guadalupe.diaz@uaem.mx Y licitaciones.drm@uaem.edu.mx -----

10. EL ARCHIVO ELECTRÓNICO QUE CONTENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, DEBERÁ PRESENTARSE EN EL FORMATO PROPORCIONADO COMO "ARCHIVO EXCEL DESCARGABLE" SE PUBLICARÁ EN EL SITIO WEB DE LA UNIVERSIDAD WWW.UAEM.MX EL DÍA DE HOY Y CONTENDRÁ LAS MODIFICACIONES/ADICIONES REALIZADAS EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES Y SE PODRÁ SOLICITAR POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: guadalupe.diaz@uaem.mx y licitaciones.drm@uaem.edu.mx.-----

EN LA CELDA DE "DESCRIPCIÓN" EL LICITANTE DEBERÁ PONER LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE ESTÉ OFERTANDO Y SU RESPECTIVO "PRECIO UNITARIO". NO TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA.

EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE NO COTICE ALGUNA PARTIDA DEBERÁ PONER "NO COTIZO" EN LA CELDA DE "DESCRIPCIÓN" Y EN LA CELDA DE "PRECIO UNITARIO" DEBERÁ DEJARLO EN "EN BLANCO".

DE IGUAL FORMA SE LES REITERA A LOS LICITANTES QUE PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SE DEBERÁ DE CONSIDERAR ÚNICAMENTE DOS DECIMALES. -----

11. SE PRECISA QUE PARA EFECTOS DEL APARTADO IV. REQUISITOS PARA LAS PROPOSICIONES, NUMERAL 3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, ANEXO N° 4. "FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS DE LA CONVOCANTE", NUMERAL 14. DOCUMENTACIÓN LEGAL PERSONA FÍSICA Y MORAL, LOS LICITANTES DEBERÁN INCLUIR EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO QUE SE TENGA EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE CADA UNO DE LOS PUNTOS SOLICITADOS.

SE HACE CONSTAR QUE EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN CONCLUYÓ A LAS ONCE HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SIENDO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE MANIFESTARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR Y ENVIARON SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO Y CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO, NUMERAL 1. ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, INCISOS A) Y B) DE LAS BASES DE LICITACIÓN LAS SIGUIENTES: -----

LICITANTE	ESCRITO DE INTERES	SOLICITUDES ACLARACIÓN	FECHA RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	MEDIO ELECTRÓNICO
RICARDO SALAZAR FRUTIS	SI	SI	18/02/2022 23/02/2022	1:43:00 p. m. y 18:51	guadalupe.diaz@uaem.mx
DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V.	SI	SI	22/02/2022	13:08	guadalupe.diaz@uaem.mx
AU CHEMICALS S.A. DE C.V.	SI	NO	23/02/2022	14:21	guadalupe.diaz@uaem.mx
LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	SI	NO	23/02/2022	16:00	licitaciones.drm@uaem.edu.mx
DISEÑO Y PRODUCCIÓN GHV S.A. DE C.V.	SI	SI	23/02/2022	19:28	licitaciones.drm@uaem.edu.mx
SKILL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	SI	SI	24/02/2022	07:51	licitaciones.drm@uaem.edu.mx
CENTRAL ELÉCTRICA ORTEGA, S.A. DE C.V.	SI	SI	24/02/2022	10: 49 y 10:59	guadalupe.diaz@uaem.mx
COMERCIALIZADORA EL COSITIA, S.A. DE C.V.	SI	NO	24/02/2022	12:07	licitaciones.drm@uaem.edu.mx
ANA LILIA BARRIOS XOCHITL	SI	SI	24/02/2022	16:57	guadalupe.diaz@uaem.mx

DE CONFORMIDAD CON EL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL PROCEDIMIENTO, NUMERAL 1. ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES INCISO F) DE LAS BASES DE LICITACIÓN, LA EMPRESA **COMERCIALIZADORA EL COSITIA S.A. DE C.V.** Y LA PERSONA FÍSICA **ANA LILIA BARRIOS XOCHITL** SOLO TENDRÁN DERECHO A FORMULAR PREGUNTAS DE MANERA VERBAL SOBRE LAS RESPUESTAS QUE DÉ LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA POR HABER ENVIADO SOLICITUDES DE ACLARACIÓN FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL INCISO A) DEL APARTADO Y NUMERAL ANTES MENCIONADO. -----

A CONTINUACIÓN, SE DA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN FORMULADAS POR LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES **RICARDO SALAZAR FRUTIS, DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V., DISEÑO Y PRODUCCIÓN GHV S.A. DE C.V., SKIKK TECHNOLOGY S.A. DE C.V. Y CENTRAL ELÉCTRICA ORTEGA S.A. DE C.V.**-----

----- ACLARACIONES DE LOS LICITANTES -----

----- PREGUNTAS DEL LICITANTE RICARDO SALAZAR FRUTIS -----

1. ¿LA CONVOCANTE ACEPTA OTRA MARCA Y MODELO SIMILAR PARA LA PARTIDA 3, 4, 6, 7, 8, 62, 372,373, 379, 380, 403, 406, 411, 412,413, 420, 421, 422 423?

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO SIETE DE LA CONVOCANTE

2. ¿LA CONVOCANTE ACEPTA GUANTES PARA AGARRE EN SUPERFICIES SECAS O HÚMEDAS EN LUGAR DE ANTIDERRAPANTE PARA LA PARTIDA 5?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA

3. ¿LA CONVOCANTE ACEPTA OTRA MARCA Y MODELO SIMILAR PARA LA PARTIDA 90? ¿SE ACEPTAN 8 CICLOS (PROGRAMAS) EN LUGAR DE 9 CICLOS?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE SE REQUIERE DE 9 CICLOS.

4. SE SOLICITA CONFIRMAR EL NÚMERO DE ENTREPAÑOS DE LA PARTIDA 374. 386, 387.

RESPUESTA: PARTIDA 374 NO APLICA LOS ENTREPAÑOS, PARTIDAS 386 Y 387 SON 7 ENTREPAÑOS.

5. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, DIBUJO ISOMETRICO DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 64, 65, 374, 377, 378, 381, 382, 383, 384, 394, 396, 399, 402 ,410.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO OCHO DE LA CONVOCANTE

6. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, DEFINA COLOR PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 65, 382, 383, 384, 396.

RESPUESTA: PARTIDA 65 COLOR DURANGO, LAS PARTIDAS 382, 383, 384 Y 396 CONTESTADA EN ACLARACION NÚMERO 3 DE LA CONVOCANTE.



7. CON RESPECTO A LA PARTIDA 378, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE UTILIZAR LAMINADO PLASTICO EN 28MM.

RESPUESTA: SE ACEPTA

8. SE SOLICITA ESPECIFICAR O CONFIRMAR EL COLOR "METÁLICO" 409

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO SEIS DE LA CONVOCANTE

9. LA CONVOCANTE ACEPTA QUE EL MOTOR DE LA ASPIRADORA SEA DE 3.0 HP?, EN LUGAR DE 2.5HP PARTIDA 416.

RESPUESTA: SE ACEPTA

10. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE DEBE OFERTAR EL BIEN TAL CUAL SE DESCRIBE PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS O SI SON MARCAS DE REFERENCIA Y SE PUEDE OFERTAR OTRAS MARCAS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS ESTABLECIDAS.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO SIETE DE LA CONVOCANTE

----- PREGUNTAS DEL LICITANTE DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. -----

1. DE ACUERDO AL APARTADO IV. ELABORACIÓN DE PROPOSICIONES. INCISO E) PARA EL RUBRO DE HERRAMIENTAS SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA EL CASO DE LA PARTIDA 406 ES NECESARIO PRESENTAR CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O MAYORISTA?

RESPUESTA: NO ES NECESARIO, NO OBSTANTE, SI EL LICITANTE CUENTA CON CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O MAYORISTA PUEDE INTEGRARLA A SU PROPUESTA TÉCNICA.

2. CON RESPECTO A LA PARTIDA 63, DISPENSADOR DE AGUA WHIRPOOL, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE ¿SI PODEMOS COTIZAR OTRO MODELO Y MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS DEN BIEN SOLICITADO, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO SIETE DE LA CONVOCANTE

3. PARA EL CASO DE LAS PARTIDAS 64, 65, 76, 374, 377, 379, 380, 381, 394, 396, 399, 402 DE MOBILIARIO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONEN IMAGEN O ISÓMETRICO DEL BIEN, PARA REFERENCIA.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO OCHO DE LA CONVOCANTE

----- PREGUNTAS DEL LICITANTE DISEÑO Y PRODUCCIÓN HGV, S.A. DE C.V. -----

1. ¿PARTIDA 5 LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA O PAR?

RESPUESTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAR Y SE REQUIEREN 2 PARES.

2. PARTIDA 43 CUAL ES EL CLORURO DE SODIO QUE REQUIEREN: SODIO CLORURO SOLUCIÓN ACUOSA 25 % P/V MÁXIMO, SODIO CLORURO CRISTALES TECNICO, SODIO CLORURO CRISTALES PURIFICADO, SODIO CLORURO GRANULAR TECNICO.

RESPUESTA: SODIO CLORURO CRISTALES TECNICO

3. PARTIDA 49 ¿CUAL ES EL ACIDO SULFURICO QUE REQUIEREN?
ACIDO SULFURICO TECNICO,
ACIDO SULFURICO 0.1 NORMAL
ACIDO SULFURICO 1 NORMAL
ACIDO SULFURICO SOLUCIÓN 30 % MÁXIMO P/V
ACIDO SULFURICO SOLUCIÓN 1:1 50 % V/V
ACIDO SULFURICO SOLUCIÓN 75 % V/V
ACIDO SULFURICO SOLUCIÓN 90 % MÁXIMO V/V.

RESPUESTA: ACIDO SULFURICO TECNICO

4. PARTIDA 50, ¿CUAL ES EL ACIDO CLORHIDRICO QUE REQUIEREN?
ACIDO CLORHIDRICO 0.1 NORMAL O MOLAR
ACIDO CLORHIDRICO 1 NORMAL O MOLAR
ACIDO CLORHIDRICO REACTIVO SOLUCIÓN 10 % V/V MÁXIMO
ACIDO CLORHIDRICO REACTIVO SOLUCIÓN 25 % V/V MÁXIMO
ACIDO CLORHIDRICO REACTIVO SOLUCIÓN 30 % V/V MÁXIMO
ACIDO CLORHIDRICO REACTIVO SOLUCIÓN 35 % V/V MÁXIMO

RESPUESTA: ACIDO CLORHIDRICO REACTIVO SOLUCIÓN 35 % V/V

5. PARTIDA 53 ¿QUE ALCOHOL ETILICO REQUIEREN?
ALCOHOL ETILICO 96° DESNATURALIZADO TECNICO
ALCOHOL ETILICO 96° POTABLE DE CAÑA TECNICO
ALCOHOL ETILICO SOLUCIÓN 20 % V/V
ALCOHOL ETILICO SOLUCIÓN 30 % V/V
ALCOHOL ETILICO SOLUCIÓN 50 % V/V
ALCOHOL ETILICO SOLUCIÓN 70 % V/V

RESPUESTA: ALCOHOL ETILICO 96° DESNATURALIZADO TECNICO

6. PARTIDA 167 LA BALANZA MARCA OHAUS SOLAMENTE ES DIGITAL, NO PUEDE SER GRANATARIA Y DIGITAL, NOS PODRIAN INDICAR EL MODELO QUE REQUIEREN O QUE SENSIBILIDAD.

RESPUESTA: QUE SEA DIGITAL

7. PARTIDA 173 NOS PUEDEN INDICAR QUE MODELO REQUIEREN DE LOS SIGUIENTES: BLSTBESTE, BLSTBESTR, BLSTBPST.

RESPUESTA: BLSTBPST

8. PARTIDA 174 NOS PUEDEN PROPORCIONAR EL MODELO QUE REQUIEREN DE LA BALANZA MARCA OHAUS DE QUE CAPACIDAD LA REQUIEREN.

RESPUESTA: 120/0.0001g HANCHEN

9. PARTIDA 177 NOS PUEDEN PROPORCIONAR EL MODELO QUE REQUIEREN YA QUE LA MARCA SOLICITADA NO MANEJA NINGUN OSCILOSCOPIO DE 150 MHZ.

RESPUESTA: OSCILOSCOPIO DIGITAL TBS2000B, 4 CANALES DE 200 MHZ

10. PARTIDA 214 ¿CUAL ES EL YODURO DE POTASIO QUE REQUIEREN?
LUGOL (SOLUCIÓN YODO / YODURO DE POTASIO)
POTASIO YODURO SOLUCIÓN ACUOSA 10 % P/V MÁXIMO
POTASIO YODURO SOLUCIÓN ACUOSA 20 % P/V MÁXIMO
POTASIO YODURO CRISTALES TECNICO

RESPUESTA: POTASIO YODURO CRISTALES TECNICO

11. PARTIDA 215 ¿CUAL ES EL CARBOPOL QUE REQUIEREN?
CARBOPOL 940 (LANOPOL)
CARBOPOL 980 TECNICO

RESPUESTA: CARBOPOL 980 TECNICO

12. PARTIDA 217 ¿QUE CITRATO DE SODIO REQUIEREN?
SODIO CITRATO CRISTALES TECNICO
SODIO CITRATO SOLUCIÓN ACUOSA 10 % P/V
SODIO CLORURO SOLUCIÓN ACUOSA 25 % P/V MÁXIMO.

RESPUESTA: SODIO CITRATO CRISTALES TECNICO

13. PARTIDA 220 ¿CUAL GRENETINA REQUIEREN?
GRENETINA CRISTALES TECNICO
GRENETINA PURA

RESPUESTA: GRENETINA CRISTALES TECNICO

14. PARTIDA 73, NOS PUEDEN PROPORCIONAR LAS MEDIDAS COMPLETAS DE LA TARJA Y DE LA MESA QUE LA SOSTIENE NOS PUEDEN PROPORCIONAR LOS ISOMETRICOS.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO OCHO DE LA CONVOCANTE

15. PARTIDA 74, NOS PUEDEN PROPORCIONAR LOS ISOMETRICOS.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO OCHO DE LA CONVOCANTE

16. PARTIDA 75 ESTOS GABINETES VAN SUELTOS O JUNTOS FORMAN UNA MESA, NOS PUEDEN PROPORCIONAR LOS ISOMETRICOS.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO OCHO DE LA CONVOCANTE

17. PARTIDA 76 NOS PUEDEN PROPORCIONAR LOS ISOMETRICOS.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO OCHO DE LA CONVOCANTE

18. PARTIDA 77 MEDIDAS COMPLETAS DE LA TARJA Y LA MESA COMPLETA NOS PUEDEN PROPORCIONAR LOS ISOMETRICOS

RESPUESTA: SE HACE LA PRECISIÓN QUE LA PARTIDA 77 ES LLAVE PRELAVADO Y LA RESPUESTA ES CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO 8 DE LA CONVOCANTE.

19. PARTIDA 236 ¿LO QUE REQUIEREN ES?

ACETONA TECNICA

ACETONA SOLUCIÓN 80 % REACTIVO V/V

RESPUESTA: ACETONA TECNICA

----- PREGUNTAS DEL LICITANTE SKILL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. -----

1. REFERENCIA: APARTADO VI. OBSERVACIONES PARA EL PROVEEDOR ADJUDICADO. NUMERAL 1.1 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS. INCISO A). ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE, EN LA PROPUESTA TÉCNICA, ¿PODREMOS PROPONER EL PLAZO DE ENTREGA QUE EN NUESTRO CASO SERÍA DE 120 DÍAS NATURALES? FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO VI OBSERVACIONES PARA EL PROVEEDOR ADJUDICADO, NUMERAL 1. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS. LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS CONFORME AL PLAZO DE ENTREGA QUE SE SEÑALE EN LA PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS, EL QUE SE ESTIPULE EN EL CUERPO DEL FALLO, O BIEN, EL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO PEDIDO CORRESPONDIENTE, EN CASO DE QUE SE NO HAGA MENCIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA, SE PRESUMIRÁ QUE ÉSTE ES DE TREINTA DÍAS NATURALES. EN AMBOS CASOS, DICHOS PLAZOS SERÁN COMPUTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADO EL FALLO. POR LO ANTERIOR, SE PRECISA QUE EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR EN SU PROPUESTA

TÉCNICA NO HAGA MENCIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA, DICHO PLAZO SERÁ DE 30 DÍAS NATURALES.

2. REFERENCIA: APARTADO VI. OBSERVACIONES PARA EL PROVEEDOR ADJUDICADO. NUMERAL 4, EN VIRTUD DE TRATARSE DE EQUIPO ESPECIALIZADO, ATENTAMENTE SOLICITO A LA CONVOCANTE SE SIRVA CONSIDERAR EL OTORGAMIENTO DE ANTICIPO DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO), EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA RESULTE ADJUDICADA, COMPROMETIENDONOS A GARANTIZAR EL BUEN USO DEL MISMO, MEDIANTE FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE TOTAL OTORGADO.

RESPUESTA: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO VI. OBSERVACIONES PARA EL PROVEEDOR ADJUDICADO, NUMERAL 4. ANTICIPOS DE LAS BASES DE PROCEDIMIENTO, LA CONVOCANTE NO OTORGARÁ NINGÚN ANTICIPO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

3. PARTIDA 81.- MODELO ANATÓMICO DE LA PELVIS FEMENINA. MARCA: SDGET MODELO: QG7MX95119, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTE QUE EL MODELO ANATÓMICO PERMITA LA OBSERVACIÓN DE LA PARTE ÓSEA Y MUSCULAR DE LA PELVIS FEMENINA PARA UNA MEJOR DEMOSTRACIÓN EDUCATIVA. ¿SE ACEPTA? SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL MODELO ANATÓMICO TENGA PARTES DESPRENDIBLES PARA REALIZAR UNA MEJOR DEMOSTRACIÓN ACADÉMICA. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO NO SE SACRIFIQUE LA CALIDAD.

4. PARTIDA 82.- ESQUELETO MAX A11 CON MÚSCULOS Y SOBRE PIE METÁLICO CON 5 RUEDAS. MARCA: 3B SCIENTIFIC MODELO: A11, ¿SE ACEPTA MODELO ANATÓMICO QUE INCLUYA PONENCIAS DIGITALES SOBRE ANATOMÍA, MODELOS ANATÓMICOS VIRTUALES DISTINTOS Y CUESTIONARIOS DE ANATOMÍA, PARA REFORZAR EL APRENDIZAJE EN EL AULA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LOS EXTRAS ACADÉMICOS.

5. PARTIDA 85.- MANIQUI NEONATAL FEMENINO PARA PADRES. MARCA: ERLER ZIMMERMODELO: BA78, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA QUE EL MODELO ANATÓMICO INCLUYA EXTREMIDADES MÓVILES COMO: CABEZA, PIERNAS Y BRAZOS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN TAN FRÁGILES LAS PIEZAS MOVIBLES Y QUE SE PUEDA INTERACTUAR EN LA TOMA DE MEDIDAS, SIMULADOR DE BAÑO ENTRE OTRAS.

6. PARTIDA 174.- BALANZA ANALITICA OHAUS DE 4 DIGITOS DESPUES DEL PUNTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES PARA ESTA PARTIDA: CAPACIDAD MÁXIMA DE LA BALANZA ANALÍTICA 510 G, RESOLUCIÓN DE 0.0001G, CAPACIDAD DE REPETICIÓN DE 0.0002G, TAMAÑO DEL PLATO DE 80MM Y CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA INTERNA. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA

7. PARTIDA 279 MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE AUTOCLAVABLE DE 100-1000 UL MARCA SCIENCE MED, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR EL TRABAJO EN EL

LABORATORIO QUE LA MICROPIPETA NO REQUIERA DE CALIBRACIÓN DESPUÉS DE VARIAS ESTERILIZACIONES. ¿SE ACEPTA?

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL TRABAJO DE LA MICROPIPETA SEA CON SISTEMA DE BLOQUEO EN EL CONTADOR PARA EVITAR LA DISPENSACIÓN DE LÍQUIDO INCORRECTAMENTE. ¿SE ACEPTA?

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA MICROPIPETA INCLUYA UN SISTEMA DE SOPLADO QUE PERMITA DISPENSAR LA TOTALIDAD DEL LÍQUIDO DISPENSADO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA Y QUE CUENTE CON BLOQUEO EN EL CONTADOR PARA EVITAR LA DISPENSACIÓN DEL LÍQUIDO INCORRECTAMENTE Y QUE ADEMÁS TENGA UN SISTEMA DE SOPLADO QUE PERMITA DISPENSAR LA TOTALIDAD DEL LÍQUIDO.

8. PARTIDA 280 MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE AUTOCLAVABLE DE 10-100 UL MARCA SCIENCE MED, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR EL TRABAJO EN EL LABORATORIO QUE LA MICROPIPETA NO REQUIERA DE CALIBRACIÓN DESPUÉS DE VARIAS ESTERILIZACIONES. ¿SE ACEPTA?

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA MICROPIPETA TENGA INCREMENTOS DE 0.5 UL DE VOLUMEN PARA AUMENTAR LA PRECISIÓN PARA DISPENSAR LOS LÍQUIDOS EN EL LABORATORIO. ¿SE ACEPTA?

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA MICROPIPETA INCLUYA UN SISTEMA DE SOPLADO QUE PERMITA DISPENSAR LA TOTALIDAD DEL LÍQUIDO DISPENSADO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA Y QUE CUENTE CON BLOQUEO EN EL CONTADOR PARA EVITAR LA DISPENSACIÓN DEL LÍQUIDO INCORRECTAMENTE Y QUE ADEMÁS TENGA UN SISTEMA DE SOPLADO QUE PERMITA DISPENSAR LA TOTALIDAD DEL LÍQUIDO.

----- **CENTRAL ELECTRICA ORTEGA, S.A.** -----

1. PARTIDAS 78 Y 79 MINI SPLIT SOLO FRIO MARCA MIDEA, LA PREGUNTA ES SI PODEMOS COTIZAR EN MARCA FREIVEND.

RESPUESTA: SE ACEPTA PROPUESTA

2. PARTIDA 175 SOLICITAN 4 PLC MODELO MICROLOGIC 1000, ESTA DESCONTINUADO, LES ENVIAMOS CARTA PARA QUE SELECCIONES EN EL MODELO CORRECTO A COTIZAR

RESPUESTA: 2080-LC30-24XXX (MICRO830 24 POINT CONTROLLER)

3. PARTIDA 176 ¿FAVOR DE INDICAR EN EL TRANSFORMADOR DE QUE POTENCIA LOS REQUIEREN DE CUANTOS VA?

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO UNO DE LA CONVOCANTE.

4. EN LO QUE SE REFIERE A TODAS LAS EXTENSIONES QUE SOLICITAN ¿PODEMOS COTIZAR EN OTRA MARCA QUE SEA EQUIVALENTE COMO ARGOS ELECTRICA?

RESPUESTA: SE ACEPTA

A CONTINUACIÓN, SE PREGUNTA A LOS LICITANTES QUE ASISTEN A LA JUNTA DE ACLARACIONES SI TIENEN ALGUNA PREGUNTA O DUDA CON RELACIÓN A LAS RESPUESTAS DADAS POR LA CONVOCANTE A SUS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN. -----

EN USO DE LA VOZ EL C. EDWIN ASCENCIO ZUÑIGA, REPRESENTANTE DE LA PERSONA FÍSICA C. RICARDO SALAZAR FRUTIS, PREGUNTA:

- 1.- EN LAS BASES MENCIONA QUE SE DEBERÁ INCLUIR EN COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

RESPUESTA. – CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO 11 DE LA CONVOCANTE.

EN USO DE LA VOZ EL C. HÉCTOR ALEJANDRO GONZÁLEZ VILICAÑA, REPRESENTANTE DE DISEÑO Y PRODUCCION HGV, S.A. DE C.V. PREGUNTA:

- 1.- EN CASO DE QUE EN EL ANEXO TÉCNICO SE HAYA DUPLICADO UNA PARTIDA SE PUEDE ANEXAR LA FICHA TÉCNICA SEÑALADO QUE ES PARA AMBAS PARTIDAS.

RESPUESTA. – SE ACEPTA.

NO HABIENDO MÁS PREGUNTAS, SE TIENE POR PERDIDO EL DERECHO DE LA EMPRESA **COMERCIALIZADORA EL COSITIA S.A. DE C.V.** Y DE LA PERSONA FÍSICA **ANA LILIA BARRIOS XOCHITL** PARA FORMULAR SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE MANERA VERBAL, RESPECTO DE LAS RESPUESTAS DADAS POR LA CONVOCANTE, AL NO HABER ASISTIDO A LA PRESENTE JUNTA. -----

AHORA BIEN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, LAS ACLARACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE JUNTA FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL LP05/2022, Y DEBERÁN SER CONSIDERADAS POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS. -----

LAS PREGUNTAS RECIBIDAS CON POSTERIORIDAD AL DÍA Y HORA DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, NO SERÁN CONTESTADAS POR RESULTAR EXTEMPORÁNEAS NI SE INTEGRARÁN AL EXPEDIENTE RESPECTIVO, EXCEPTO AQUELLAS QUE SERÁN CONTESTADAS EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE DETERMINE CELEBRAR ULTERIORES JUNTAS DE ACLARACIONES RELACIONADAS CON LAS BASES DE LICITACIÓN. -----

NO HA LUGAR A CELEBRARSE UNA SEGUNDA O ULTERIOR JUNTA DE ACLARACIONES POR LO QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, VIGENTE. -----



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES QUE SE SEÑALAN LAS ONCE HORAS DEL DÍA CUATRO DE MARZO AÑO DOS MIL VEINTIDOS, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES POR MEDIO DE SESIÓN VIRTUAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS. -----

DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS LLEVADAS A CABO DE MANERA ELECTRÓNICA, SE DEBERÁ CONSERVAR EL ARCHIVO ELECTRÓNICO PARA QUE CONSTE EN EL EXPEDIENTE Y PARA LA CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS. -----

PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL PROCEDIMIENTO, NUMERAL I ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES INCISO K), LA PRESENTE ACTA SE ENVIARÁ DE FORMA ESCANEADA A LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA SEÑALADA POR LOS LICITANTES PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ELLOS RESTE VALIDEZ AL ACTO. -----

ASIMISMO, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA EN EL SITIO WEB DE LA UNIVERSIDAD WWW.UAEM.MX PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS PARTICIPANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO. DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA TODOS LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR. -----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS ONCE HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO. -

"POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN"


LIC. GABRIELA MUÑOZ BRITO
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES


LIC. ALEXA BRITO BAZÁN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS.


L.I.A. GUADALUPE DÍAZ QUIROZ
ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

"POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL"


LIC. ARACELI ÁLVAREZ CASTRO
DIRECTORA DE RESPONSABILIDADES

"LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDO, CELEBRADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LP05/2021 RELATIVO "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPO DE LABORATORIO; MOBILIARIO, HERRAMIENTAS Y AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS" A TRAVÉS DE SESIÓN VIRTUAL REALIZADA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS".

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Piso de Mezzanine en Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 7000, Ext. 3701 / guadalupe.diaz@uaem.mx; y licitaciones.drm@uaem.edu.mx

